

Analisa Kadar C-Reactive Protein (CRP) Pada Sampel Darah Vena Dan Darah Kapiler Dengan Metode Imunoturbidimetri

by Bastian Bastian

Submission date: 05-Jul-2022 02:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1866823503

File name: Darah_Vena_Dan_Darah_Kapiler_Dengan_Metode_Imunoturbidimetri.doc (158.5K)

Word count: 1872

Character count: 11689

Analysis of C-Reactive Protein (CRP) Levels in Venous and Capillary Blood Samples with Immunoturbidimetric Methods

Analisa Kadar C-Reactive Protein (CRP) Pada Sampel Darah Vena Dan Darah Kapiler Dengan Metode Imunoturbidimetri

ABSTRACT

Inflammation or inflammation occurs due to bacterial infection, detection of inflammatory infection can be done by laboratory tests. An examination that can help diagnose and detect abnormalities in the body. One of the parameters for examining inflammation markers is C-Reactive Protein (CRP). CRP examination usually uses venous blood because venous blood is more often used in laboratory examinations. The purpose of this study was to determine differences in CRP levels in venous and capillary blood. This study uses a posttest only design research. Samples were taken from D-IV Technology Medical Laboratory IkesT Muhammadiyah Palembang students with total sampling technique. The research was carried out at the Hematology Laboratory of IkesT Muhammadiyah Palembang. Based on the results of research that has been carried out on the analysis of C-Reactive Protein levels in venous blood and capillary blood samples using the immunoturbidimetric method, the results showed that the average CRP level of venous blood was 9.6 mg/L and average the average capillary blood CRP level was 8.33 mg/L. It can be concluded that there is no significant difference in the examination of CRP levels in venous and capillary blood.

Keywords: C-Reactive Protein, Blood Venous, Capillary Blood, Inflammation

ABSTRAK

Inflamasi atau peradangan terjadi akibat infeksi bakteri, deteksi adanya infeksi inflamasi dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan yang dapat membantu mendiagnosa dan mendeteksi adanya kelainan yang ada dalam tubuh, Salah satu parameter pemeriksaan petanda inflamasi adalah *C-Reactive Protein* (CRP). Pemeriksaan CRP biasanya menggunakan darah vena karena darah vena lebih sering digunakan dalam pemeriksaan laboratorium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kadar CRP pada darah vena dan kapiler. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *post-test only design*. Sampel diambil dari Mahasiswi D-IV Teknologi Laboratorium Medis IkesT Muhamma-

diyah Palembang dengan teknik total sampling. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hematologi IKesT Muhammadiyah Palembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang Analisis kadar *C-Reactive Protein* pada sampel darah vena dan darah kapiler dengan metode imunoturbidimetri didapatkan hasil bahwa rata-rata kadar CRP darah vena 9,6 mg/L dan rata-rata kadar CRP darah kapiler 8,33 mg/L. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pemeriksaan kadar CRP pada darah vena maupun kapiler.

Kata Kunci: *C-Reactive Protein*, Darah Kapiler, Darah Vena, Inflamasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penyakit infeksi yang menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling utama. Penyebab utama kematian di Indonesia adalah salah satunya disebabkan oleh infeksi yaitu 28,1% lalu diikuti dengan kematian yang disebabkan oleh penyakit vaskuler berjumlah 12,9%, dan 4,9% yang disebabkan oleh penyakit pernapasan. Penyakit ini tak jarang menyebabkan terjadinya inflamasi. Inflamasi akibat infeksi bakteri bertanggung jawab terhadap sebagian besar patogenesis penyakit ini, dewasa maupun anak-anak Mutsaqof (2016). Mendeteksi adanya infeksi peradangan atau inflamasi dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, Pemeriksaan laboratorium klinik merupakan sistem yang dapat menentukan keputusan mengenai suatu diagnosis penyakit melalui hasil laboratorium Lorenza (2019).

Pemeriksaan yang dapat membantu mendiagnosa dan mendeteksi adanya kelainan yang ada dalam tubuh, salah satu parameter pemeriksaan petanda inflamasi adalah *C-Reactive Protein* (CRP) Dila Wanti et al (2020) dan Kahar (2017). *C-Reactive Protein* (CRP) juga merupakan penanda inflamasi dan salah satu protein fase akut yang disintesis di hati untuk memantau secara non-spesifik penyakit lokal maupun sistemik. Kadar CRP meningkat setelah adanya trauma, infeksi bakteri, dan inflamasi. CRP juga dijadikan sebagai penanda prognostik untuk inflamasi Sipahutar (2020).

Spesimen darah yang dapat digunakan untuk pemeriksaan *C-Reactive Protein* adalah serum, plasma dengan antikoagulan heparin, dan plasma dengan antikoagulan EDTA. Sampel yang akan digunakan untuk pembuatan serum atau plasma biasanya menggunakan darah vena Sistiyono et al. (2017). Pemeriksaan CRP bisa juga menggunakan darah kapiler yang diambil dari pembuluh yang lebih halus biasanya dengan tusukan diujung jari tangan Kahar (2017).

Perbedaan darah vena dan kapiler selain pada proses pengambilan sampel darah, terdapat perbedaan berdasarkan susunannya yaitu vena lebih kompleks dan lebih besar dalam struktur sehingga jumlah selnya juga lebih banyak, tetapi kapiler merupakan struktur sederhana dan sangat kecil sehingga jumlah selnya juga sedikit. Vena berkontribusi terhadap sirkulasi makro darah, sementara kapiler berfungsi dalam mikrosirkulasi Rahmawati (2020).

Pemeriksaan kadar CRP biasanya menggunakan darah vena karena darah vena lebih sering digunakan dalam pemeriksaan laboratorium. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya permintaan pemeriksaan kadar CRP di laboratorium klinik menyebabkan sampel darah yang di pakai tidak selalu darah vena tetapi bisa menggunakan darah kapiler. Sampel darah kapiler digunakan terutama pada pasien anak-anak, karena pengambilan darah vena sulit dilakukan, jumlah pasien yang banyak, dan juga mempersingkat waktu saat pengambilan darah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar CRP menggunakan sampel darah vena dan darah kapiler Kalma (2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan

penelitian tentang perbedaan dari kadar *C-Reactive Protein* (CRP) pada sampel darah vena dan darah kapiler dengan metode imunoturbidimetri.

METODE


Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *post-test only design*, dimana pada penelitian ini yaitu dengan melihat perbedaan kadar *C-Reactive Protein* (CRP) pada sampel darah vena dan darah kapiler. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2021 di Laboratorium Hematologi Fakultas Sains dan Teknologi Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang.

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah mahasiswi D-IV Teknologi Laboratorium Medis IKesT Muhammadiyah Palembang. Menggunakan teknik total Sampling, yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu Semua sampel diambil dari mahasiswi prodi D-IV Teknologi Laboratorium Medis IkesT Muhammadiyah Palembang yang bersedia diambil darahnya. Sedangkan kriteria eksklusi, yaitu tidak trauma fisik (luka bakar), mengonsumsi obat-obatan dan tidak bersedia menjadi responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pemeriksaan kadar CRP pada sampel darah kapiler dan darah Vena Menggunakan metode Imunoturbidimetri. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar CRP didapatkan nilai rata rata darah vena 9,6 mg/L dan sampel darah kapiler didapatkan hasil rata-rata sebanyak 8,3 mg/L. Hasil nilai rata-rata pada sampel darah vena dan sampel darah kapiler tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Setelah didapatkan hasil pemeriksaan CRP maka dilanjutkan dengan analisis data berikutnya. Data yang di dapatkan dari pemeriksaan laboratorium, diolah dengan program SPSS.



Gambar 1. Grafik Hasil Pemeriksaan CRP

TABEL 1. Hasil Uji Normalitas

Sampel	Sig	Batas Keberterimaan	Kesimpulan
Darah vena	0.00	$p > 0,05$	Data tidak Normal
Darah Kapiler	0.00		Data tidak Normal

Hasil Tabel 1 mendapatkan hasil analisis uji Tes Normalitas Shapiro wilk menunjukkan bahwa darah vena di dapatkan hasil sig 0,00 dan pada sampel darah kapiler di dapatkan hasil 0,00 dan Karena nilai yang didapat sig $\geq 0,05$ berdasarkan hasil tersebut maka normalitas data terdistribusi tidak normal. kemudian dilanjutkan dengan uji non parametrik (mann whitney).

TABEL 2. Uji Mann Whitney

Sampel	Sig	Batas Keberterimaan	Kesimpulan
Darah Vena	0.325	$p > 0,05$	Hipotesis diterima
Darah Kapiler	0,325		Hipotesis diterima

Berdasarkan Tabel 2 hasil mann whitney diatas didapatkan hasil nilai signifikan $p = 0,325$. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima karena tidak ada perbedaan pada pemeriksaan kadar CRP darah vena dan darah kapiler. Pada nilai di atas di dapatkan Nilai p (exact Sig) = 0,325 $p > \alpha$ dengan ini nilai signifikan H1 diterima yaitu tidak terdapat perbedaan antara sampel darah vena dan kapiler.

C-Reactive Protein (CRP) adalah salah satu protein fase akut yang terdapat dalam serum normal walaupun dalam jumlah amat kecil. Dalam beberapa keadaan tertentu dengan reaksi radang atau kerusakan jaringan (nekrosis), baik yang disebabkan oleh penyakit infeksi maupun yang bukan oleh infeksi. CRP merupakan salah satu petanda inflamasi sistemik akut yang dihasilkan oleh hati dan sering ditemukan banyak penyakit dan berhubungan dengan kejadian DM dan cardiovascular event, bagaimana mekanisme sebenarnya belum diketahui secara pasti Kalma (2018).

Nilai normal kadar CRP pada orang normal biasanya 0,3 – 1 mg/L. Setelah terjadi peradangan, pembentukan CRP akan meningkat dalam 4 sampai 6 jam, jumlahnya bahkan 3x lipat dua dalam 8 jam setelah peradangan. Konsentrasi puncak akan tercapai dalam 36 jam sampai 50 jam setelah inflamasi. Kadar CRP akan terus meningkat seiring dengan proses inflamasi yang akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Apabila terjadi penyembuhan akan terjadi penurunan kadar CRP secara cepat oleh karena CRP memiliki masa paruh 4 sampai 7 jam. Kinetik metabolisme CRP sejalan dengan derajat peradangan dan derajat penyembuhan yang terjadi. Oleh karena itu CRP sangat baik untuk menilai aktivitas penyakit dalam keadaan akut. Pemeriksaan ini relatif tidak mahal dan dapat diperoleh hasilnya dalam waktu cepat serta tidak memerlukan volume

darah yang banyak Utami et al. (2019).

Faktor yang dapat menjadi penyebab perbedaan CRP darah vena dan kapiler mungkin dapat terjadi karena pembuluh darah kapiler mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga plasma dan zat makanan mudah merembes dan keluar membentuk cairan jaringan yang berdampak pada pemeriksaan CRP.

Selain itu besarnya kemungkinan terjadinya pengenceran pada sampel darah kapiler yang bisa disebabkan oleh tusukan yang tidak dalam sehingga darah yang keluar tidak lancar dan biasanya jari akan ditekan dan diurut, keadaan ini akan menyebabkan pengenceran darah oleh cairan jaringan. Sehingga hasil pemeriksaan akan cenderung rendah atau menurun. Sedangkan pada pembuluh darah vena memiliki lapisan dinding yang tipis dan berotot. Ini memungkinkan vena berkontraksi sehingga mempunyai kemampuan untuk menyimpan atau menampung darah sesuai kebutuhan tubuh Susilawati (2021).

Dalam penelitian sebelumnya banyak yang melakukan pemeriksaan kadar CRP dengan melakukan pemeriksaan pada kelompok obesitas, bahwa kadar hs-CRP lebih tinggi pada pria dibandingkan dengan wanita tapi perbedaan ini tidak bermakna secara statistik. Martin dkk dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kadar hs-CRP pada obesitas pria dan wanita Hermawan et al. (2019).

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan kadar CRP untuk mengetahui perbedaan kadar yang diambil dari pembuluh darah vena dan kapiler, dari hasil pemeriksaan kadar CRP didapatkan bahwa hasil rata rata kadar CRP darah vena yaitu 9,8 mg/L dan rata-rata sampel darah kapiler adalah 8,3 mg/L kemudian setelah didapatkan data tersebut lalu dianalisis menggunakan program SPSS Dari hasil uji normalitas didapatkan bahwa darah vena maupun darah kapiler didapatkan hasil sig 0,00 ini. Karena nilai yang didapatkan sig $\geq 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa normalitas data terdistribusi tidak normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. Tujuannya adalah untuk mengetahui adakah perbedaan yang bermakna pada rata-rata antara dua kelompok berbeda yang tidak berdistribusi normal yaitu pada sampel darah vena dan kapiler. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil sampel darah vena dan kapiler yaitu sig 0,325. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima karena tidak ada perbedaan pada pemeriksaan kadar CRP darah vena dan darah kapiler.

Jumlah darah yang diambil dari pembuluh darah vena lebih banyak dari pada jumlah darah dari pembuluh darah kapiler. Dari hasil penelitian ini menggunakan sampel darah vena dan kapiler dalam.

Pemeriksaan kadar CRP tentunya tidak memiliki perbedaan dari hasil yang didapatkan. Jika selama ini untuk pemeriksaan kadar CRP selalu menggunakan sampel darah vena maka dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa penggunaan darah kapiler dalam pemeriksaan kadar CRP memiliki nilai yang sama saja dengan pemeriksaan menggunakan darah vena. Maka dari itu pemeriksaan

menggunakan darah kapiler bisa saja dapat dijadikan sebagai rujukan pemeriksaan yang lebih mudah untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada pemeriksaan hasil dari kadar *C-Reactive Protein* (CRP) pada sampel darah vena dan darah kapiler dengan metode imunoturbidimetri.

6

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama dan kedua berperan utama dalam pengumpulan data. Sedangkan penulis ketiga membantu dalam penyusunan artikel.

PENDANAAN

Sumber pendanaan penelitian ini berasal dari dana Hibah Internal IKesT Muhamamadiyah Palembang.

2

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada IKesT Muhamamadiyah Palembang dan segenap pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Analisa Kadar C-Reactive Protein (CRP) Pada Sampel Darah Vena Dan Darah Kapiler Dengan Metode Imunoturbidimetri

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	poltekkes.web.id Internet Source	3%
2	Nining Wahyuni, Andika Aliviameita. "Comparison of Erythrocyte Index Values of Venous and Capillary Blood", <i>Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology)</i> , 2021 Publication	2%
3	id.scribd.com Internet Source	2%
4	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	2%
5	repository.setiabudi.ac.id Internet Source	2%
6	Indana Farodis, Mely Purnadianti. "Correlation Between Personal Hygiene And Hemoglobin Levels On Typhoid Fever Suspect Patients At Lirboyo General Hospital", <i>Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology)</i> , 2020 Publication	2%



juke.kedokteran.unila.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On